Rapor — N°. 38.

Mr. Dugés Expert herniere a communiqué a Lacademie, des Remarques sur la construction et Lusage du pessaire a pivot, auquel il a ajoutté une plaque divoire en forme de batteau fenestré dans ces parties anterieures et posterieure. Il i a dans son centre un trou qui sert a loger la queue de la tiege du pessaire, qui est arrondie a son extremité, et qui se trouvent logé dans un Dez divoire, ce qui forme une espece darticulation par genou: Les quatres extremités de la plaque sont percés de trou pour i fixer des rubans destiné a sattacher a une cinture faite dune Lame dacier fort mince, et capable de se mouller en cerceau autour du corps.

Il paroit que le principal objet des remarques de lauteur et de refuser a Mr. Suret le merite destre Linventeur du pessaire a pivot, quil atribue en partie a jean Bauhain, et a Mr. arnaud. nous ne parlerons point dans notre rapport de cette discusion, me reservant den entretenir un jour Lacademie lors que jauray Lhonneur de lui donner Lhistoire du pessaire a pivot de Mr. Suret, auquel

ARC 39 n° 97

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Nous avons fait des ~~remarques~~ changement que Mr
duges ne connoit point. quand au pretendus avantages
dela plaque divoire fenestré auquel Lauteur a fait
des corrections dapres nos observations verballes.
Nous Lavons examiné de nouveaus avec toute Lattention
possible, ainsj que la ceinture alame dacier employé
il ia long temps, par feu Mr. martin et abandonné
delapratique. Nous pensons malgré La prevention de
Lauteur pour sadecouverte, et les assurances quil
nous donne de ses succes, quil est difficille de
concevoir qu aucune femme puisse faire usage
decette instrument. 1.° parce que Langle posterieure
delapiesse divoire appuiant sur le raphé, ecarte les
grandes levres et i occasionne des mal aises, 2°
que Lors que les femmes sont assise Le dez divoire
tombe en angle sur Le siege, pousse la piece du
pessaire endevant contre le Pubis et fait douleurs.

3° quil nest pas possible de reconnaitre avec cette adition si Lorifice ~~au museau~~ de la matrice et dans Lanneau du pessaire, Laplaque divoire marquant les parties exterieure.
4° enfin que lespece dartieulation par genou a des inconveniens pour la vessie, et le rectum, dans les Differents mouvemens que font les femmes. ce qui nous a mis dans le cas de le suprimer depuis plusieurs année. En Consequence nous rejettons ce nouveau moïen proposé par Mr. dugés ne pouvant estre utile au soulagement des malades. deliberé a paris ce 9. 7bre 1762

Pipelet

Delafaye

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE